



EU-Konformitätserklärung

EU declaration of conformity
Déclaration UE de conformité

Auswertgerät / Signal conditioning instrument / Transmetteur de nivel

| Product | Version |
|-------------|---------|
| VEGATOR 131 | |
| VEGATOR 132 | |

VEGA Grieshaber KG erklärt hiermit in alleiniger Verantwortung, dass die Produkte mit den aufgeführten Richtlinien übereinstimmen. Diese Konformitätserklärung gilt nur in Zusammenhang mit den gültigen VEGA-Betriebsanleitungen und -Sicherheitshinweisen.

VEGA Grieshaber KG hereby declares, in sole responsibility, that the products comply with the listed directives. This declaration of conformity applies only in connection with the valid operating and safety instructions manuals from VEGA.

Par la présente, VEGA Grieshaber KG déclare sous sa seule responsabilité que les produits sont conformes aux directives citées. Cette Déclaration de Conformité est uniquement valable en application avec les notices de mise en service et les consignes de sécurité en cours de validité.



| Directive | Issue | Standard |
|----------------------|------------|--|
| EMC | 2014/30/EU | EN 61326-1: 2013 ¹⁾ |
| LVD | 2014/35/EU | EN 61010-1: 2010 EN 61010-2-030: 2010 |
| RoHS 2 ²⁾ | 2011/65/EU | EN 50581: 2012 |

Remarks:

- 1) Emission: Class B
Immunity: Industrial Area
- 2) Anzuwenden ab/applicable as from July 22, 2017

**Zusätzliche Angaben für Geräte mit Ex-Zulassung / For instruments with Ex-approval /
Pour produits avec certificat Ex**

| Directive | Issue |
|-----------|------------|
| ATEX | 2014/34/EU |

Standards

| Product | Certificate | Standard ¹⁾ |
|------------------|----------------------|--|
| VEGATOR 131, 132 | TÜV 16 ATEX 179410 X | EN 60079-0: 2012 + A11: 2013 IEC 60079-7: 2015 EN 60079-11: 2012 EN 60079-15: 2010 |
| | TÜV 16 ATEX 179411 | EN 60079-0: 2012 + A11: 2013 EN 60079-11: 2012 |

Remarks:

- 1) Die in der Tabelle angegebenen Normenstände können von den Angaben in der EU-Baumusterprüfbescheinigung abweichen. In diesen Fällen erklärt der Hersteller auch die Übereinstimmung mit den Anforderungen der neuen Normenausgaben, da die veränderten Anforderungen der neuen Normenausgaben für dieses Produkt nicht relevant sind.

The standards listed in the table may differ from the information in the EU-Type Examination Certificate. In these cases, the manufacturer declares conformity with the requirements of the new standards because the changed requirements of the new standards are not relevant for this product.

Les valeurs présentes dans le tableau peuvent dévier des données du attestation d'examen UE de type. Dans ces cas, le fournisseur les déclare conforme aux exigences des nouvelles normes, car les exigences modifiées des nouvelles normes sont insignifiantes pour ce produit.

| | |
|--|---------------------|
| Anerkennung des Qualitätssicherungssystems / Production Quality Assessment Notification / Reconnaissance du Système-Aualité Notification | TÜV 96 ATEX 1142 Q |
| Benannte Stelle / Kennnummer Notified body / Identification number Organisme notifié / Numéro d'identification | TÜV Nord Cert./0044 |

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach

13.03.2017



i.v. Thomas Deck
Entwicklung

© VEGA Grieshaber KG, Schiltach/Germany 2017



54111-04-170313

VEGA Grieshaber KG
Am Hohenstein 113
77761 Schiltach
Deutschland

Tel. +49 7836 50-0
Fax +49 7836 50-201
E-Mail info.de@vega.com
www.vega.com